

Technisches Datenblatt

SK-Versandgroßhandel
Catharinenstr. 6
25335 Elmshorn
Tel: 04121/2627970



SK-ABSOCARE

Qualitätsmanagement
Wir sind zertifiziert EN ISO 13485
Medizinische Richtlinie 93/42 EWG

Rev.-Datum: 07.2008

Produktname: **SK-Absocare**
Latex-Einmal-Untersuchungshandschuh, weiß, mit Aloe Vera und Vitamin E- Gel Beschichtung

Art.-Nr. 50220 - 50224
Material: Naturlatex
Merkmale: unsteril, beidseitiger Rollrand
Größen: XS, S, M, L und XL
Oberfläche: griffige Struktur
Verpackungseinheit: 100 Stück / Dispenser
10 Dispenser / Karton

Gegenstand	Spezifizierung		ASTM D3578-05	
Länge in mm	240 ~ 260		XS/S ≥ 220, M/L/XL ≥ 230	
Handweite (mm)	XS	75 ± 3	XS	70 ± 10
	S	85 ± 3	S	80 ± 10
	M	96 ± 3	M	95 ± 10
	L	107 ± 3	L	111 ± 10
	XL	117 ± 3	XL	N/A
Materialdicke (mm) Materialdicke (mil) zwei Schichten	Finger	0.31 ± 0.06 12 ± 2 mil	Finger	≥ 0.16
	Handfläche	0.28 ± 0.05 11 ± 2 mil	Handfläche	≥ 0.16
	Stulpe	0.22 ± 0.04 8,5 ± 2 mil	Stulpe	N/A
Gewicht in Gr.	XS	5.2 ± 0.3	XS	N/A
	S	5.9 ± 0.3	S	N/A
	M	6.8 ± 0.3	M	N/A
	L	7.7 ± 0.3	L	N/A
	XL	8.6 ± 0.3	XL	N/A
Zugbelastung (N)	vor künstlicher Alterung	≥ 18	vor künstl. Alterung	≥ 18
	nach künstlicher Alterung	≥ 14	nach künstl. Alterung	≥ 14
Elastizität (%)	vor künstlicher Alterung	≥ 650	vor künstl. Alterung	≥ 650
	nach künstlicher Alterung	≥ 500	nach künstl. Alterung	≥ 500
Pudergehalt mg/Stück	≤ 2		≤ 2.0	
Proteingehalt µg/g	≤ 30		≤ 50	
Note:			Rezeptur	
1. Dichtigkeitsprüfung Muster nach ISO2859-1			NR	
2. Überprüfung auf sichtbare defekte Muster nach ISO2859-1			ZDC BZ	
3. Größenüberprüfung 20 Stück per Größe AQL 4.0			S	
4. Test der physikalischen Eigenschaften 13 pro Größe AQL 4.0			KOH	
			TiO2	
			ZnO	
			WL 264	
			ALOE + VE	